

Zusammenfassung / summary

**Validierung /
validation:**

Alle Kontrollen und Validierungen lagen innerhalb der grundlegenden Grenzwerte. / *All controls and validations were within the basic limits.*

**Abweichungen /
deviations:**

Beobachtete Abweichungen der geltenden Norm und Verfahren / *observed deviations from applicable standard and procedure:*

keine / *none*

**Unwirksame
Konzentrationen /
ineffective
concentrations:**

10% = 15s, 30s, 60s

**Schlussfolgerung /
conclusion:**

Nach EN 13624 (2021) weist die Charge B23006 des Produktes Sporosan® WD 42 H (Produktversion 89) in Kombination mit der Charge B23006 des Produktes Sporosan® WD 42 N (Produktversion 89) unter niedriger Belastung bei 20°C nach 15, 30 und 60 Sekunden bei Verdünnung auf 80% und 50% (v/v) eine levurozide Wirkung ($\geq 4lg$ Reduktion) gegen den Prüfkeim *Candida albicans* auf.

*According to EN 13624 (2021) the batch B23006 of the product Sporosan® WD 42 H (Produktversion 89) in combination with the batch B23006 of the product Sporosan® WD 42 N (Produktversion 89) show a yeasticidal activity ($\geq 4lg$ reduction) under clean conditions at 20°C in 15, 30 and 60 seconds when diluted at 80% and 50% (v/v) against the test organism *Candida albicans*.*

Archivierung / archiving:

Eine Ausfertigung des Berichtes wird zusammen mit den Rohdaten im Archiv des Auftragnehmers aufbewahrt. / *A copy of the test report will be kept together with the raw data in the contractor's archive.*

Hinweis / note:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfprodukte. Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes nur mit schriftlicher Genehmigung der HygCen Germany GmbH. / *The test results refer only to the named test samples. Reproduction of any part of this report requires the written permission of HygCen Germany GmbH.*

Schwerin, 2024-10-24

DocuSigned by:

F1B5E561742C487...

A. Bramfeld
Vice Division Manager
Bacteriological Test Methods