

Zusammenfassung / summary

Validierung / validation:

Alle Kontrollen und Validierungen lagen innerhalb der grundlegenden Grenzwerte. / *All controls and validations were within the basic limits.*

Abweichungen / deviations:

Beobachtete Abweichungen der geltenden Norm und Verfahren / *observed deviations from applicable standard and procedure:*

Prüfung nur mit / *test only with A. brasiliensis*

Unwirksame Konzentrationen / ineffective concentrations:

80%	= 15s
50%, 10%	= 15s, 30s, 60s

Schlussfolgerung / conclusion:

Nach EN 13624 (2021) weist die Charge B23006 Produktes Sporosan® WD 42 H (Produktversion 89) in Kombination mit der Charge B23006 des Produktes Sporosan® WD 42 N (Produktversion 89) unter niedriger Belastung bei 20°C nach 30 und 60 Sekunden bei Verdünnung auf 80% (v/v) eine fungizide Wirkung ($\geq 4\lg$ Reduktion) gegen den Prüfkeim *Aspergillus brasiliensis* auf.

*According to EN 13624 (2021) the batch B23006 of the product Sporosan® WD 42 H (Produktversion 89) in combination with the batch B23006 of the product Sporosan® WD 42 N (Produktversion 89) shows a fungicidal activity ($\geq 4\lg$ reduction) under clean conditions at 20°C in 30 and 60 seconds when diluted at 80% (v/v) against the test organism *Aspergillus brasiliensis*.*


Archivierung / archiving:

Eine Ausfertigung des Berichtes wird zusammen mit den Rohdaten im Archiv des Auftragnehmers aufbewahrt. / *A copy of the test report will be kept together with the raw data in the contractor's archive.*

Hinweis / note:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfprodukte. Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes nur mit schriftlicher Genehmigung der HygCen Germany GmbH. / *The test results refer only to the named test samples. Reproduction of any part of this report requires the written permission of HygCen Germany GmbH.*

Schwerin, 2024-10-17

DocuSigned by:

F1B5E561742C487...

A. Bramfeld
Vice Division Manager
Bacteriological Test Methods